



Министерство здравоохранения
Российской Федерации



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074
Телефон: (495) 698 45 38; 698 15 74

14. 11. 2014 № 01/11-1818/14

На № _____ от _____

Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям
территориальных
органов Росздравнадзора

Об отзыве
медицинского изделия

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения информирует, что ООО МК «АСК» принято решение отозвать из обращения зарегистрированное медицинское изделие «Кровать для новорожденных КН-"Аском" по ТУ 9452-001-72317866-2009 в следующих исполнениях: КН-01-"Аском", КН-02-"Аском», производства ООО «АСКОМ», регистрационное удостоверение № ФСР 2009/05908 от 29.10.2009:

«Кровать для новорожденных с обогревом КН-"Аском" КН-01-"Аском», период выпуска 2009-2011 гг.

Применение изделия должно быть приостановлено для последующей диагностики или замены оборудования.

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения предлагает субъектам обращения медицинской продукции провести мероприятия по проверке наличия и предотвращению обращения указанного медицинского изделия, создающего угрозу причинения вреда здоровью граждан, и о результатах проинформировать соответствующий территориальный орган Росздравнадзора.

Территориальным органам Росздравнадзора по субъектам Российской Федерации провести мероприятия в соответствии с порядком, предусмотренным Административным регламентом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по исполнению государственной функции по контролю за обращением медицинских изделий, утвержденным приказом Минздрава России от 05.04.2013 № 196н (регистрация Минюста России от 07.08.2013 № 29290).

Для получения дополнительной информации следует обращаться в ООО МК «АСК» по тел. 8(831) 277-03-12, 8(831) 277-03-12, электронным адресам: info@tdask.ru, zakaz@tdask.ru.

Врио руководителя

М.А.Мурашко